

**Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali dokumenty dotyczące postępowania
WSz.DAT-1/147/2020 na zakup i dostawę środków ochrony radiologicznej dla
potrzeb CBO, Pracowni Hemodynamiki, Bloku Chirurgii Naczyń, Zakładu
Diagnostyki Obrazowej, OAiIT z Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w
Przemysłu**

Pytanie nr.1 dot. pkt 6D – czepek na głowę

Czy Zamawiający będzie wymagał czepka ochronnego do stosowania w warunkach promieniowania rentgenowskiego, chroniącego górną część głowy od uszu do czubka głowy. W części ciemieniowej czepek wszyta siatka oddychająca, zapewniająca odprowadzanie nadmiaru ciepła. Funkcja szczególnie ważna, przy długotrwałym stosowaniu czepka podczas zabiegu. Czepek dostosowujący się do każdego rozmiaru głowy, posiadający sznurek z klamerką zaciskową. Czepek wykonany z materiału bezwinyłowego, zawierającego ołów. Jest to materiał kompozytowy na bazie ołowiu i naturalnego kauczuku, lżejszy od klasycznej gumy ołowianej o 30%. Czepek pokryty materiałem łatwo zmywalnym, na którym po zmyciu nie zostają plamy z krwi i kontrastu i który poddaje się dezynfekcji. Materiał zawierający włókna węglowe działające antystatycznie oraz jodek srebra z działaniem antybakteryjnym.

Odp. pyt. nr.1 dot. pkt 6D

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie nr.2 dot. pkt 7D- parawan ochronny

Czy Zamawiający będzie wymagał parawanu mobilnego z czterema 4 kołkami skrętnymi i z hamulcem. Część główna (dolna) osłony wykonana z metalu, kolor biały – medyczny. Po bokach 2 uchwyty. Rozmiar części głównej 78 cm (szerokość) x 104 cm (wysokość). Ochrona części głównej 1 mm Pb. Część górna - ruchoma wykonana z szyby akrylowej, ekwiwalent ołowiu 0,5 mm Pb. Szerokość szyby 70 cm. Możliwość regulacji wysokości szyby od 115 cm do 190 cm. Materiał z którego wykonany jest parawan gwarantuje wieloletnie użytkowanie, a jego budowa pozwala na ustawienie go w każdym pomieszczeniu, bez względu na znajdujące się tam urządzenia. Dzięki odpowiednio osadzonemu systemowi jezdniemu parawan może być ustawiony zgodnie z potrzebami użytkownika.

Odp. pyt. 2 dot. pkt 7D

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie nr.3. dot. pkt 11 D- przyłbica

Czy Zamawiający będzie wymagał przyłbicy wykonanej z lekkiego materiału, ochrona 0,10 mm Pb. Przyłbica dostosowuje się do każdego rozmiaru głowy dzięki rzepom i tylnej regulacji typu pokrętko. Szkielet przyłbicy wyłożony materiałem z wyścieleniem gąbkowym z możliwością zdjęcia i wyprania, w celu utrzymania czystości. Miękkie wyścielenie gwarantuje wygodne długotrwałe użytkowanie. W razie potrzeby możliwość wymiany na nowe wyścielenie. Możliwość założenia pod przyłbicę okularów korekcyjnych.

Odp. pyt. nr.3 dot. pkt 11D

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

pytania nr 4:

Czy ze względu na panującą pandemię, Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni?

Odp. Pyt nr. 4

Zamawiający dopuszcza termin realizacji 6 tygodni od daty otrzymania zamówienia.

Pytanie nr. 5.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu 5 lat gwarancji i będzie wymagał dwuletniej gwarancji na oferowany asortyment?

Odp. Pyt.5

Zamawiający wymaga 5- letniej gwarancji na oferowany asortyment, jedynie dopuszcza dwuletnią gwarancję na przyłbice.

Pytanie nr.6

Proszę o wyjaśnienie zgodności zapisu fartuch Jednostronny (Chirurgiczny). Model fartucha chirurgicznego posiada pasy mocujące z zakończeniami typu „rzep”, które po skrzyżowaniu na plecach służą do zapinania fartucha w pasie. Z opisu zamówienia wynika, że będzie to model Komfort

Odp. pyt. nr.6

Fartuch ma być zapinany za pomocą taśmy z klamrą zatrzaskową– zapięcie w pasie., nie na „rzep” Do fartucha doszyte są taśmy poliestrowe zakończone klamrami zatrzaskowymi.

Pytanie nr.7

Fartuch dwustronny (płaszcz) – posiada jedynie podwójną ochronę z przodu, która po założeniu gwarantuje równoważnik 0,5 mm Pb

Odp. Pyt. nr.7

Tak, z tyłu dopuszczalna ochrona wynosi 0,25 mm Pb