

URZĄDZENIA I APARATURA MEDYCZNA PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY

Lp.	Asortyment / Nazwa i typ	Numer Inwentarzo- wy	Ilość sztuk	Rok zakupu (przyjęcia do ewidencji)	UWAGI
1.	Aparat RTG AXIOM ICONOS R-100	110225	1	31-03-2004	Spalone małe ognisko lampy RTG. Aparat nieużytkowany od kilku lat.
2.	Aparat RTG Telecomando Italray Clinodigit Omega	006431	1	08-12-2014	Stwierdzono uszkodzenie następujących podzespołów: <ul style="list-style-type: none">- Electronic Drive Board SC23111- Drive DS5073- Motor Step-By-Step- DAP 157 00 15- Motor MP77XL- K53 Brake- PU Processor Unit
3.	Stół do badań uniwersalny USB 01	206904	1	31-12-2000	Naturalne zużycie związane z czasem eksploatacji
4.	Stół do badań uniwersalny	205785	1	31-12-2000	Naturalne zużycie związane z czasem eksploatacji
5.	Wózek transportowo-kąpielowy WLH 140	005946	1	31-12-2000	Naturalne zużycie związane z czasem eksploatacji
6.	Wózek transportowo-kąpielowy WLH – 140P	005941	1	31-12-2007	Naturalne zużycie związane z czasem eksploatacji

UWAGA:

Pozycje od 1 do 2 (aparaty RTG) są zdemontowane i złożone w częściach.

Z upoważnienia Dyrektora Nadzoru
Wojewódzkiego Szpitala w Olsztynie
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
Tomasz Niedźwiedź