

WYPOSAŻENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA IM. ŚW. OJCA PIO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

<i>Lp.</i>	<i>Asortyment / Nazwa i typ</i>	<i>Numer Inwentarzo wy</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Rok zakupu (przyjęcia do ewidencji)</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Echokardiograf X300 Premium Edition Siemens	006013	1	17.12.2008	Sprzęt nieużytkowany od kilku lat, kiepska jakość obrazowania.
2.	Echokardiograf HD 15	006324	1	30.10.2013	Sprzęt nieużytkowany od kilku lat, niesprawny, po uruchomieniu nie włącza się tryb obrazowania, prawdopodobnie uszkodzona jedna z płyt.
3.	Aparat Mammograficzny SOPHIE	110052	1	23.05.2000	Sprzęt nieużytkowany od kilku lat. Aparat przestarzały technologicznie, kiepska jakość zdjęć.
4.	Urządzenie wspomagające naukę chodzenia	006391	1	18.12.2013	Sprzęt nieużytkowany od kilku lat, pozostawiony w magazynie.. Przed zaprzestaniem użytkowania w pełni sprawny.
5.	Sterylizator niskotemperaturowy WEBECO serii 95 HPO	006635	1	31.05.2017	Urządzenie jest niesprawne. Konieczna jest wymiana zaworów YV68, zaworu pneumatycznego NV68 oraz parownika. Te uszkodzenia powodują złe pobieranie blukatu - zamiast go rozpryskiwać leje dużymi kroplami. Ponadto do pełnej sprawności urządzenia należy wykonać aktualizację pompy próżniowej oraz dodatkowo zainstalować, po wykonaniu aktualizacji, gass balastu oraz części zgodnie z poniższym wykazem: MAINTENANCE KIT ANNUAL 130 HPO 2 DOOR KIT INSTALLATION GAS BALLAST 130 HPO GAS CATALYZER WITH CERAMIC SUBSTRATE 3,6 \"x5,1\" FOR 130 HPO MAINTENANCE KIT VAPORIZER FOR 50 HPO AND 130 HPO KIT INSTALACION NUEVO BUFFER COD. 57199.1 PARA 130HPO

6.	Analizator Chemiluminescencyjny Immolute 2000	005852	1	21.02.2006	Sprzęt nieużytkowany od kilku lat, niesprawny.
7.	USG CX30	006291	1	19.12.2012	Sprzęt nieużytkowany od kilku lat, niesprawny, uszkodzony komputer.
8.	Videorektoskop z osprzętem	006194	1	04.10.2011	Sprzęt nieużytkowany od kilku lat.